Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

do zakresu akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 509

Laboratorium Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska (LHK) Pracownia Mikrobiologii Sanitarnej		
Przedmiot badań/ wyrób	**Badane cechy/ metody**	**Dokumenty odniesienia**
Woda [E1]	**Obecność i liczba bakterii wskaźnikowych i chorobotwórczych**	**Normy**
woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, woda (basenowa, technologiczna)	Obecność, liczba i serogrupowanie bakterii z rodzaju Legionella Metoda filtracji membranowej. Zakres od: 1 jtk / 100 ml 1 jtk / 1000 ml	PN – EN ISO 11731:2017 PN – EN ISO 11731:2017-08/Ap1
woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, woda (basenowa) woda (woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa)	Obecność i liczba P. aeruginosa Metoda filtracji membranowej Zakres od: 1 jtk / 100 ml 1 jtk / 250 ml	PN - EN ISO 16266:2009
	Obecność i liczba enterokoków. Metoda filtracji membranowej Zakres od: 1 jtk / 100 ml 1 jtk / 250 ml	PN-EN ISO 7899-2: 2004
	Obecność i liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej. Zakres od: 1 jtk / 100 ml 1 jtk / 250 ml	PN – EN ISO 9308-1:2014-12 PN – EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04
	Obecność i liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych/ E. coli Metoda filtracji membranowej. Zakres od: 1 jtk / 100 ml 1 jtk / 250 ml	PN – EN ISO 9308-1:2014-12 PN – EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04
Powietrze [E2]	**Ogólna liczba mikroorganizmów Metoda płytkowa**	**PB-01-LHK/M**
Powietrze	Liczba mikroorganizmów (bakterii, grzybów). Metoda płytkowa. Zakres od 1 jtk / 1 m^3	PB-01-LHK/M ed.06: 2021.11.24

E1 Dopuszcza się dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu/grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej), stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w normach, wdrażanie nowych metod opisanych w normach.
E2 Dopuszcza się dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu/grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej), stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium

Opracował: **Renata Matuszewska**
Kierownik Pracowni LHK/M (imię i nazwisko)
Data: 05.03.2026
Podpis:.....

Zatwierdził: **Renata Matuszewska**
Kierownik Laboratorium LHK (imię i nazwisko)
Data: 06.03.2026
KIEROWNIK Laboratorium Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska dr Renata Matuszewska
Podpis:.....